

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 00014.20240731/0002-46**

**PROCESSO ELETRÔNICO: N° 2024.08.07.001**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AFINS CONFORME PROPOSTA DE N° 12147522000124003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE

**EMPRESA SOLICITANTE:** SAFE SUPORTE A VIDA COMÉRCIO E INTERNACIONAL LTDA  
**CNPJ:** 08.675.394/0001-90

Após pedido de esclarecimento da SAFE SUPORTE A VIDA COMÉRCIO E INTERNACIONAL LTDA, o Setor de Planejamento da Prefeitura de Boa Viagem/CE responde o questionamento a seguir:

**Item 3 - CARDIOVERSOR** – O descritivo não é claro quanto ao fato de que o equipamento deve possuir oximetria e modo DEA.

**Resposta:** Com base em que este processo é uma emenda federal com proposta e valores de referência repassados pelo Ministério da Saúde, a descrição é disponibilizada pelo Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis para o SUS (SIGEM), no qual na descrição do item é informado que deve possuir OXIMETRIA e o módulo ser DEA, sendo especificado assim:

- **CARDIOVERSOR - COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPAROMEMÓRIA DE ECG: POSSUI MARCAPASSO | MÓDULO DEA | OXIMETRIA POSSUI, NÃO POSSUI IMPRESSORA: POSSUI BATERIA, IPÁS INTERNAS NÃO POSSUI.**

**Item 5 – BOMBA DE INFUSÃO** – O descritivo não é claro em relação ao tipo de bomba solicitado: Se é BOMBA DE SERINGA ou BOMBA DE EQUIPO.

**Resposta:** Com base em que este processo é uma emenda federal com proposta e valores de referência repassados pelo Ministério da Saúde, a descrição é disponibilizada pelo Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis para o SUS (SIGEM), no entanto, a Bomba de Infusão solicitada é a de EQUIPO, sendo especificado assim:

- **BOMBA DE INFUSÃO - EQUIPADO COM KVO/BOLUS/ALARME/BATERIA.**

Caso haja mais alguma dúvida ou necessidade de informação adicional, estamos à disposição para fornecer os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Boa Viagem/CE, 19 de agosto de 2024

**William César do Vale**  
**Responsável pelo Termo de Referência**