



Licitação Boa Viagem &lt;licitacaoboaviagem@gmail.com&gt;

**ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.07.09.002/2021 -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

1 mensagem

**Miranda, Danilla Conceicao** <danilla.miranda@siemens-healthineers.com>

26 de julho de 2021 23:28

Para: "licitacaoboaviagem@gmail.com" &lt;licitacaoboaviagem@gmail.com&gt;

Cc: "Oliveira, Cristiane Santos" &lt;cristiane.oliveira@siemens-healthineers.com&gt;, "De Lima, Tenille Christine Tulio" &lt;tenille.de\_lima@siemens-healthineers.com&gt;

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2021.07.09.002/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RADIOGRAFIA

**SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS**

A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA., inscrita no CNPJ n nº. 01.449.930/0006-02, sediada na Rua Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte – Joinville / SC, e sua sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mutinga, 3800 - 4º e 5º Andar – São Paulo – SP CEP 05110-902, inscrita no CNPJ sob 01.449.930/0001-90 interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.07.09.002/2021, vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas à apresentação de uma proposta objetiva:

**1. QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO:****Solicita o edital: Gerador de 32kW**

**Argumento Técnico:** Informamos ao órgão que o equipamento ofertado pela Siemens Healthineers possui duas opções de gerador: 30kW ou 55 kW. Entendemos que, ao participarmos com o equipamento de 55kW, estaremos atendendo a necessidade do órgão e não seremos desclassificados do certame. Estamos corretos neste entendimento?

**2. QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO:**

**Solicita a convocação:** O prazo de entrega dos produtos é de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, mediante ordem de pagamento

Informamos que o equipamento de Raio X fixo é de fabricação complexa, fabricado de acordo com as necessidades e solicitações do órgão adquirente, portanto demandando maior tempo. Ainda levando em consideração que o equipamento de Raio X fixo possui partes e peças de procedência estrangeira, tendo em vista que o mesmo não poderá ser atendido por nenhuma das empresas que, ofertem equipamentos importados. Sugerimos assim que, o prazo seja alterado para 90 (noventa) dias, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente.

**3. QUANTO A AUSÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO:**

Gostaríamos de esclarecer qual prazo de garantia será considerado pelo Órgão, visto que, essa condição implica na competitividade do processo e também no prazo de cobertura de assistência técnica. Para equipamentos

médicos, a prática de mercado é de 12 meses a contar da entrega do objeto. **Podemos considerar que o órgão praticará o mesmo prazo?**



#### 4. QUANTO A ASSINATURA DA PROPOSTA:

Diante do surto pandêmico do COVID-19 em território nacional e considerando que a situação de contágio tomou proporções relevantes, a Siemens Healthineers, assim como várias outras empresas, por medida preventiva, está adotando o sistema de home office para todos os funcionários, a título de quarentena, o que dificultará a coleta de assinaturas em propostas, bem como envio de documentos originais/autenticados nos processos licitatórios.

Desta forma, solicitamos que para as licitações sejam aceitos documentos enviados em *pdf*, bem como propostas e declarações assinadas com assinatura eletrônica.

Agradecemos a atenção dispensada e aguardamos vossa manifestação.

Solicitamos a gentileza de enviar a resposta por e-mail em tempo hábil para participação da Siemens no presente certame.

Atenciosamente,

**Danilla C. Miranda**

**SIEMENS**

Healthcare - Public Sector

Av.: Mutinga, 3800 - 5º andar

05110-902 - Pirituba - São Paulo - SP, Brasilien

Mobil: +55-11-98996-9959

[danilla.miranda@siemens-healthineers.com](mailto:danilla.miranda@siemens-healthineers.com)

[www.healthcare.siemens.com.br](http://www.healthcare.siemens.com.br)

**SIEMENS**  
Healthineers